

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО Разрез «Шестаки»

К.А. Доценко

Техническое задание**На закуп компрессора воздушного винтового безмасляного.****1. Общие сведения.**

С целью организации аналитического сопровождения поисково-оценочных работ на участке «Северо-Урской» необходима закупка оборудования: компрессор воздушный винтовой безмасляный с осушителем.

2. Назначение и условия применения.

Назначение: обеспечение работоспособности пневмоузлов основного и вспомогательного оборудования лаборатории.

Условия применения: Оборудование должно обеспечивать применение при температуре окружающего воздуха от +20 до +35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Основные технические характеристики.

Создаваемое давление	Не менее 10атм.
Электропитание	380 В, 50 Гц, 3 фазы
Объем ресивера	Не менее 1000л.
Производительность	1500 л/мин
Осушитель	+

4. Требования к технической документации

Техническая документация должна быть составлена на русском языке и содержать:

- Паспорт прибора;
- Техническое описание;
- Руководство по установке и эксплуатации;
- Руководство пользователя;
- Руководство по техническому обслуживанию включая функциональные монтажные и принципиальные электрические схемы;
- Каталог на запасные части;
- Данные о содержании драгоценных металлов;

5. Требования безопасности и санитарной гигиены

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности описанных в Государственных стандартах системы стандартов безопасности труда (ГОСТ ССБТ, ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности») и иметь сертификат соответствия продукции

6. Комплектация.

Компрессор воздушный.	1 шт.
-----------------------	-------

Комплектующие и расходные материалы в соответствии комплектацией завода-изготовителя на 1 год.

7. Упаковка, условия транспортировки и хранения.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами транспорта с учетом многократных перегрузок и возможности длительного хранения при температуре наружного воздуха до -50 градусов Цельсия.

Составил:

Начальник аналитической лаборатории

Е.А. Литвак

Согласовано:

Главный инженер участка Северо-Урской

В.Г. Белков

Зам. гл. инженера по аналитическим работам

Н.Б. Шаметова